



REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

MESS- UND EICHWESEN BADEN-WÜRTTEMBERG

Office of Legal Metrology of the State of Baden-Württemberg (Germany)

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer
Number

664-13

Gegenstand
Object

Nichtselbsttätige Waage
Genauigkeitsklasse III
Höchstlast = 30 t, Eichwert = 20 kg

Identifikation
Identification

Nr. 022008

Hersteller
Manufacturer

SysTec GmbH

Antragsteller
Applicant

REL GmbH
3. Industriestr. 6
68766 Hockenheim

Prüfverfahren
Test procedure

Entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung
„Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für
nichtselbsttätige Waagen (GM-P9)“.

Ergebnis
Result

Die nichtselbsttätige Waage entspricht den
Anforderungen der Anlage 9 der Eichordnung.

Ort und Datum der Eichung
Place and date of verification

Hockenheim, 16.12.2013

Gültigkeit der Eichung bis
This verification is valid until

31.12.2016

Stempelzeichen
Marking



Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig, wenn eine der in §13 Absatz 1 der Eichordnung beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

The validity of the verification has ceased to exist if one of the changes listed in §13 section 1 of the Eichordnung has occurred.

Eichschein ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Verification certificates without signature and official stamp are not valid. This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum
Place and date

Mannheim, 16.12.2013

Dienstsiegel
Official stamp



Unterschrift
Signature

Wurm